



# 血球试剂出厂检验报告

## Hematology Reagent Inspection Report

产品名称 Product Name	血细胞分析用溶血剂 Lyse for Hematology Analyzer					
产品型号 Product Model	RL-86H	规格 Specification	500mL			
批号 Batch No.	20250320	有效期 Expiration date	2027/3/19			
生产日期 Production Date	2025/3/20	检验日期 Inspection Date	2025.03.24			
检验项目 Inspection Items	检验标准 Inspection Standard		检验结果 Inspection Results		判定 Judgment	
1 外观 Appearance	应为澄清或透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。 Transparent liquid; No precipitation, particles, or floccule		符合要求 Meet with the requirement		合格 Pass	
2 净含量 Net volume	重量允许范围： $\geq 505g$ weight allowance: is not less than 505g		506.3	505.9	506.5	合格 Pass
3 PH值 PH value	$6.0 \pm 0.50$ ( $25 \pm 1^\circ C$ ) not exceed $\pm 0.50$ of 6.0 under temperature of ( $25^\circ C \pm 1^\circ C$ )		6.12	6.12	6.12	合格 Pass
4 电导率 Conductivity Value	/		/		/	
5 渗透浓度 Osmolality Value	/		/		/	
结论 Conclusion	合格 Pass					
检验员 Inspector	银少彤	复核人 Reviewer	高曼姿			
日期 Date	2025.03.24	日期 Date	2025.03.24			

注：若无内容填写应用“/”。

Note: If there is no information, Please fill with "/".

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8501

REV: A.1/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years