



检验报告

Certificate of Analysis

产品名称 Product Name		血细胞分析用稀释液 Diluent for Hematology Analyzer			
产品型号 Product Model		RD-50	包装规格 Package Size		20L
批 号 Lot No.		20250801	有效期 Expiry Date		2027.07.31
生产日期 Manufacture Date		2025.08.01	检验日期 Inspection Date		2025.08.04
检验项目 Subjects		检验标准 Inspection Standards		检验结果 Results	结果判定 Conclusion
1	外观 Appearance	应为澄清或透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物 Transparent liquid, no precipitation, particles, or floccule		符合 Meet with the requirement	合格 Pass
2	净含量 Volume	重量允许范围为：≥20.2Kg Weight: ≥20.2Kg		20.3 20.3 20.35	合格 Pass
3	pH值 pH Value	7.30±0.20 (25±1℃)		7.24 7.23 7.22	合格 Pass
4	电导率 Conductivity Value	16.1mS/cm±0.50mS/cm		15.78 15.8 15.81	合格 Pass
5	渗透浓度 Osmolality Value	318±10 mOsm/Kg (mmol/L)		316 314 317	合格 Pass
检验结论 Inspection Conclusion		合格 Pass			
报告人 Reporter		银少彤	日期 Date	2025.08.04	
批准（检验工程师） Approved by (Quality Engineer)		高曼姿	日期 Date	2025.08.04	
备注 Remarks		若无内容填写应用“/”。 If there is no information, please fill with“/”.			

