



检验报告

Certificate of Analysis

产品名称 Product Name		清洗液 Cleanser					
产品型号 Product Model		五分类血细胞分析仪用RC-86		包装规格 Package Size		1L	
批 号 Lot No.		20250728		有效期 Expiry Date		2027.01.27	
生产日期 Manufacture Date		2025.07.28		检验日期 Inspection Date		2025.07.29	
检验项目 Subjects		检验标准 Inspection Standards			检验结果 Results		结果判定 Conclusion
1	外观 Appearance	应为澄清或透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物 Transparent liquid, no precipitation, particles, or floccule			符合 Meet with the requirement		合格 Pass
2	净含量 Volume	重量允许范围为：≥1.01Kg Weight: ≥1.01Kg			1.02	1.03	1.03 合格 Pass
3	pH值 pH Value	7.8±0.20 (25±1℃)			7.87	7.86	7.86 合格 Pass
检验结论 Inspection Conclusion		合格 Pass					
报告人 Reporter		银少彤		日期 Date		2025.07.29	
批准（检验工程师） Approved by (Quality Engineer)		高曼姿		日期 Date		2025.07.29	
备注 Remarks		若无内容填写应用“/”。 If there is no information, please fill with“/”.					



表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8506
REV: A.0/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years