



检验报告

Certificate of Analysis

产品名称 Product Name		血细胞分析用稀释液 Diluent for Hematology Analyzer				
产品型号 Product Model		RD-7	包装规格 Package Size		20L	
批 号 Lot No.		20250814	有效期 Expiry Date		2027.08.13	
生产日期 Manufacture Date		2025.08.14	检验日期 Inspection Date		2025.08.15	
检验项目 Subjects		检验标准 Inspection Standards		检验结果 Results		结果判定 Conclusion
1	外观 Appearance	应为澄清或透明液体, 不得有沉淀、颗粒或絮状物 Transparent liquid, no precipitation, particles, or floccule			符合 Meet with the requirement	合格 Pass
2	净含量 Volume	重量允许范围为: $\geq 20.2\text{Kg}$ Weight: $\geq 20.2\text{Kg}$			20.4 20.4 20.35	合格 Pass
3	pH值 pH Value	7.45 ± 0.20 ($25 \pm 1^\circ\text{C}$)			7.48 7.48 7.48	合格 Pass
4	电导率 Conductivity Value	$17.0 \text{ mS/cm} \pm 0.50 \text{ mS/cm}$			16.91 16.92 16.9	合格 Pass
5	渗透浓度 Osmolality Value	$307 \pm 10 \text{ mOsm/Kg}$ (mmol/L)			314 309 316	合格 Pass
检验结论 Inspection Conclusion		合格 Pass				
报告人 Reporter		银少彤	日期 Date		2025.08.15	
批准 (检验工程师) Approved by (Quality Engineer)		高曼姿	日期 Date		2025.08.15	
备注 Remarks		若无内容填写应用“/”。 If there is no information, please fill with“/”.				

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8506
REV: A.0/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years