



检验报告

Certificate of Analysis

产品名称 Product Name		血细胞分析用稀释液 Diluent for Hematology Analyzer						
产品型号 Product Model		RD-86		包装规格 Package Size		20L		
批 号 Lot No.		20250813		有效期 Expiry Date		2027.08.12		
生产日期 Manufacture Date		2025.08.13		检验日期 Inspection Date		2025.08.14		
检验项目 Subjects		检验标准 Inspection Standards			检验结果 Results		结果判定 Conclusion	
1	外观 Appearance	应为澄清或透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物 Transparent liquid, no precipitation, particles, or floccule			符合 Meet with the requirement		合格 Pass	
2	净含量 Volume	重量允许范围: ≥ 20.2 Kg Weight: ≥ 20.2 Kg			20.4	20.3	20.3	合格 Pass
3	pH值 pH Value	7.35 ± 0.20 ($25 \pm 1^\circ\text{C}$)			7.5	7.48	7.48	合格 Pass
4	电导率 Conductivity Value	15.7 ± 0.50 mS/cm			15.87	15.86	15.85	合格 Pass
5	渗透浓度 Osmolality Value	320 ± 10 mOsm/Kg (mmol/L)			319	317	314	合格 Pass
检验结论 Inspection Conclusion		合格 Pass						
报告人 Reporter		银少彤		日期 Date		2025.08.14		
批准 (检验工程师) Approved by (Quality Engineer)		高曼姿		日期 Date		2025.08.14		
备注 Remarks		若无内容填写应用“/”。 If there is no information, please fill with“/”.						

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8506
REV: A.0/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years