



检验报告

Certificate of Analysis

产品名称 Product Name		血细胞分析用溶血剂 Lyse for Hematology Analyzer			
产品型号 Product Model		RL-7	包装规格 Package Size		250mL
批 号 Lot No.		20250805	有效期 Expiry Date		2027.08.04
生产日期 Manufacture Date		2025.08.05	检验日期 Inspection Date		2025.08.06
检验项目 Subjects		检验标准 Inspection Standards		检验结果 Results	结果判定 Conclusion
1	外观 Appearance	应为澄清或透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物 Transparent liquid, no precipitation, particles, or floccule		符合 Meet with the requirement	合格 Pass
2	净含量 Volume	重量允许范围为：≥252g Weight: ≥252g		254.15 253.99 254.11	合格 Pass
3	pH值 pH Value	6.5±0.50 (25±1℃)		6.51 6.51 6.5	合格 Pass
检验结论 Inspection Conclusion		合格 Pass			
报告人 Reporter		银少彤	日期 Date		2025.08.06
批准（检验工程师） Approved by (Quality Engineer)		高曼姿	日期 Date		2025.08.06
备注 Remarks		若无内容填写应用“/”。 If there is no information, please fill with“/”.			

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8506

REV: A.0/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years