



化学发光试剂出厂检验报告

Chemiluminescence Reagent Inspection Report

产品名称 Product Name		全自动免疫检验系统用底物液 Substrate Solution for Automated Immunoassay System			
规格 Specification		600测试/瓶×2 600 Tests/Vial ×2	产品型号 Product Model	/	
批号 Batch No.		20250701	有效期 Expiration Date	2026.06.30	
生产日期 Production Date		2025.07.01	检验日期 Inspection Date	2025.07.11	
检验项目 Inspection Items		检验标准 Inspection Standard		检验结果 Inspection Results	判定 Judgment
1	外观 Appearance	应为均一液体，无沉淀、颗粒或絮状物 Uniform liquid, no precipitates, granules or floccules		符合 Meet with the requirement	合格 Pass
2	净含量 Net volume	实际装量应不低于标示值 The actual load should not be lower than the marked value.		符合 Meet with the requirement	合格 Pass
3	准确度 Accuracy	/		/	/
4	重复性 Repeatability	变异系数 (CV) 应不大于10% Coefficient of Variation (CV) ≤10%		1.58%	合格 Pass
5	线性范围 Linearity range	/		/	/
结论 Conclusion		合格 Pass			
检验员 Inspector		钟宗崇	复核人 Reviewer	高曼姿	
日期 Date		2025.07.11	日期 Date	2025.07.11	

注：若无内容填写应用“/”。

Note: If there is no information, please fill with "/".

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8504

REV: A. 2/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years