



检验报告

产品名称		待测物清洗液					
规格		1L	产品型号		REC-L		
批号		20250825	有效期		2026. 08. 24		
生产日期		2025. 08. 25	检验日期		2025. 08. 27		
检验项目		检验标准			检验结果		结果判定
1	外观	应为均一无色澄清液体，无沉淀、颗粒或絮状物			符合		合格
2	净含量	液体试剂的净含量应不少于标示值			符合		合格
3	PH值	允许范围为8. 5±0. 5			8. 72	8. 71	8. 71 合格
检验结论		合格					
报告人		李庆琴	日期		2025. 08. 27		
批准（检验工程师）		高曼姿	日期		2025. 08. 27		
备注		若无内容填写应用“/”。					

Form Number: RT-RFM-Q8506
REV: A. 0/ Storage Life: 10 years