



检验报告

Certificate of Analysis

产品名称 Product Name		清洗液 Cleanser						
产品型号 Product Model		RC-2		包装规格 Package Size		1L		
批 号 Lot No.		20250902		有效期 Expiry Date		2027.03.01		
生产日期 Manufacture Date		2025.09.02		检验日期 Inspection Date		2025.09.04		
检验项目 Subjects		检验标准 Inspection Standards			检验结果 Results		结果判定 Conclusion	
1	外观 Appearance	应为澄清或透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物 Transparent liquid, no precipitation, particles, or floccule			符合 Meet with the requirement		合格 Pass	
2	净含量 Volume	重量允许范围为：≥1.01Kg Weight: ≥1.01Kg			1.03	1.02	1.03	合格 Pass
3	pH值 pH Value	7.5±0.50 (25±1℃)			7.56	7.55	7.54	合格 Pass
检验结论 Inspection Conclusion		合格 Pass						
报告人 Reporter		银少彤		日期 Date		2025.09.04		
批准（检验工程师） Approved by (Quality Engineer)		高曼姿		日期 Date		2025.09.04		
备注 Remarks		若无内容填写应用“/”。 If there is no information, please fill with“/”.						

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8506

REV: A.0/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years