



血球试剂出厂检验报告

Hematology Reagent Inspection Report

产品名称 Product Name		清洗液 Cleanser					
产品型号 Product Model		五分类血细胞分析仪 用RC-86	规格 Specification	1L			
批号 Batch No.		20250609	有效期 Expiration date	2026/12/8			
生产日期 Production Date		2025-06-09	检验日期 Inspection Date	2025.06.10			
检验项目 Inspection Items		检验标准 Inspection Standard		检验结果 Inspection Results		判定 Judgment	
1	外观 Appearance	应为澄清或透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。 Transparent liquid; No precipitation, particles, or floccule		符合要求 Meet with the requirement		合格 Pass	
2	净含量 Net volume	重量允许范围：≥1.01kg weight allowance: is not less than 1.01kg		1.04	1.05	1.07	合格 Pass
3	PH值 PH value	7.8±0.20 (25±1℃) not exceed ±0.20 of 7.8 under temperature of (25° C±1° C)		7.86	7.86	7.83	合格 Pass
4	电导率 Conductivity Value	/		/			/
5	渗透浓度 Osmolality Value	/		/			/
结论 Conclusion		合格 Pass					
检验员 Inspector		银少彤		复核人 Reviewer			
日期 Date		2025.06.10		日期 Date		2025.06.10	

注：若无内容填写应用“/”。
Note: If there is no information, Please fill with“/”.