



## 检验报告

|           |     |                       |      |  |            |      |         |
|-----------|-----|-----------------------|------|--|------------|------|---------|
| 产品名称      |     | 待测物清洗液                |      |  |            |      |         |
| 规格        |     | 1L                    | 产品型号 |  | REC-L      |      |         |
| 批号        |     | 20250908              | 有效期  |  | 2026.09.07 |      |         |
| 生产日期      |     | 2025.09.08            | 检验日期 |  | 2025.09.23 |      |         |
| 检验项目      |     | 检验标准                  |      |  | 检验结果       |      | 结果判定    |
| 1         | 外观  | 应为均一无色澄清液体，无沉淀、颗粒或絮状物 |      |  | 符合         |      | 合格      |
| 2         | 净含量 | 液体试剂的净含量应不少于标示值       |      |  | 符合         |      | 合格      |
| 3         | PH值 | 允许范围为8.5±0.5          |      |  | 8.69       | 8.69 | 8.69 合格 |
| 检验结论      |     | 合格                    |      |  |            |      |         |
| 报告人       |     | 李庆琴                   | 日期   |  | 2025.09.23 |      |         |
| 批准（检验工程师） |     | 高曼姿                   | 日期   |  | 2025.09.23 |      |         |
| 备注        |     | 若无内容填写应用“/”。          |      |  |            |      |         |



Form Number: RT-RFM-Q8506  
REV: A.0/ Storage Life: 10 years