



检验报告
Certificate of Analysis

产品名称 Product Name		清洗液 Concentrated Cleanser						
产品型号 Product Model		五分类血细胞分析仪用RC-86C	包装规格 Package Size		50mL			
批 号 Lot No.		20250918	有效期 Expiry Date		2026. 09. 17			
生产日期 Manufacture Date		2025. 09. 18	检验日期 Inspection Date		2025. 09. 26			
检验项目 Subjects		检验标准 Inspection Standards			检验结果 Results		结果判定 Conclusion	
1	外观 Appearance	应为透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物 Transparent liquid;No precipitation, particles, or floccule			符合 Meet with the requirement		合格 Pass	
2	净含量 Volume	重量允许范围为：≥51g weight:≥51g			52.24	53.01	51.99	合格 Pass
3	pH值 pH Value	≥8.0（25±1℃）			13.63	13.62	13.6	合格 Pass
检验结论 Inspection Conclusion		合格 Pass						
报告人 Reporter		银少彤		日期 Date		莱谱生命科学股份有限公司 2025.09.26 质检专用章		
批准（检验工程师） Approved by (Quality Engineer)		高曼姿		日期 Date				
备注 Remarks		若无内容填写应用“/”。 If there is no information, please fill with“/”.						

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8506
REV: A.0/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years