



检验报告

Certificate of Analysis

产品名称 Product Name		血细胞分析用稀释液 Diluent for Hematology Analyzer				
产品型号 Product Model		RD-86	包装规格 Package Size		20L	
批 号 Lot No.		20251022	有效期 Expiry Date		2027. 10. 21	
生产日期 Manufacture Date		2025. 10. 22	检验日期 Inspection Date		2025. 10. 24	
检验项目 Subjects		检验标准 Inspection Standards			检验结果 Results	结果判定 Conclusion
1	外观 Appearance	应为澄清或透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物 Transparent liquid, no precipitation, particles, or floccule			符合 Meet with the requirement	合格 Pass
2	净含量 Volume	重量允许范围为：≥20.2 Kg Weight: ≥20.2 Kg			20.3 20.3 20.4	合格 Pass
3	pH值 pH Value	7.35±0.20 (25±1℃)			7.5 7.5 7.48	合格 Pass
4	电导率 Conductivity Value	15.7±0.50 mS/cm			15.87 15.86 15.86	合格 Pass
5	渗透浓度 Osmolality Value	320±10 mOsm/Kg (mmol/L)			323 325 321	合格 Pass
检验结论 Inspection Conclusion		合格 Pass				
报告人 Reporter		银少彤	日期 Date			
批准（检验工程师） Approved by (Quality Engineer)		高曼姿	日期 Date			
备注 Remarks		若无内容填写应用“/”。 If there is no information, please fill with"/".				

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8506

REV: A.0/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years