



检验报告

Certificate of Analysis

产品名称 Product Name		血细胞分析仪用校准物（阻抗法） Calibrator for Hematology Analyzer (Impedance Method)			
产品型号 Product Model		C3	包装规格 Package Size	3mL	
批 号 Lot No.		2509C	有效期 Expiry Date	2025. 11. 13	
生产日期 Manufacture Date		2025. 09. 30	检验日期 Inspection Date	2025. 10. 20	
检验项目 Subjects		检验标准 Inspection Standards		检验结果 Results	结果判定 Conclusion
1	外观 Appearance	足够均匀的血液类物质，不可有凝块。标签上有完整的批号、有效期，应清晰准确。 Calibration for uniform blood class material, Mark the batch number and self life of the labeled as a complete		符合 Meet with the requirement	合格 Pass
2	装量 Volume	装量负偏差不大于标示量的3% The load negative deviation less than 3%		符合 Meet with the requirement	合格 Pass
3	瓶内均匀性 Uniformity	WBC $\leq$ 2%		1. 10%	合格 Pass
		RBC $\leq$ 1. 5%		0. 60%	
		HGB $\leq$ 1. 5%		0. 40%	
		HCT $\leq$ 2%		0. 70%	
		MCV $\leq$ 0. 5%		0. 40%	
		PLT $\leq$ 4%		3. 40%	
检验结论 Inspection Conclusion		合格 Pass			
报告人 Reporter		银少彤	日期 Date	2025. 10. 20	
批准（检验工程师） Approved by (Quality Engineer)		高曼姿	日期 Date	2025. 10. 20	
备注 Remarks		若无内容填写应用“/”。 If there is no information, please fill with“/”.			

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8506

REV: A. 0/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years