



检验报告

Certificate of Analysis

产品名称 Product Name		血细胞分析用稀释液 Diluent for Hematology Analyzer			
产品型号 Product Model		RD-86	包装规格 Package Size		20L
批 号 Lot No.		20251031	有效期 Expiry Date		2027. 10. 30
生产日期 Manufacture Date		2025. 10. 31	检验日期 Inspection Date		2025. 11. 03
检验项目 Subjects		检验标准 Inspection Standards		检验结果 Results	结果判定 Conclusion
1	外观 Appearance	应为澄清或透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物 Transparent liquid, no precipitation, particles, or floccule		符合 Meet with the requirement	合格 Pass
2	净含量 Volume	重量允许范围为：≥20.2 Kg Weight: ≥20.2 Kg		20.3 20.35 20.4	合格 Pass
3	pH值 pH Value	7.35±0.20 (25±1℃)		7.44 7.45 7.43	合格 Pass
4	电导率 Conductivity Value	15.7±0.50 mS/cm		15.85 15.85 15.84	合格 Pass
5	渗透浓度 Osmolality Value	320±10 mOsm/Kg (mmol/L)		324 320 322	合格 Pass
检验结论 Inspection Conclusion		合格 Pass			
报告人 Reporter		银少彤	日期 Date		2025. 11. 03
批准（检验工程师） Approved by (Quality Engineer)		高曼姿	日期 Date		2025. 11. 03
备注 Remarks		若无内容填写应用“/”。 If there is no information, please fill with“/”.			

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8506
REV: A. 0/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years

