



检验报告

Certificate of Analysis

产品名称 Product Name		血细胞分析仪用校准物（光学法） Calibrator for Hematology Analyzer (Optic Method)			
产品型号 Product Model		RT-C5	包装规格 Package Size	3mL	
批 号 Lot No.		52511C	有效期 Expiry Date	2025.12.17	
生产日期 Manufacture Date		2025.11.03	检验日期 Inspection Date	2025.11.07	
检验项目 Subjects		检验标准 Inspection Standards		检验结果 Results	
结果判定 Conclusion					
1	外观 Appearance	足够均匀的血液类物质，不可有凝块。标签上有完整的批号、有效期，应清晰准确。 Calibration for uniform blood class material. Mark the batch number and self life of the labeled as a complete		符合 Meet with the requirement	合格 Pass
2	装量 Volume	装量不小于标示量 The net volume of liquid reagents should not be less than the indicated value		符合 Meet with the requirement	合格 Pass
3	瓶内均匀性 Uniformity	WBC $\leq$ 2%		1.20%	合格 Pass
		RBC $\leq$ 1.5%		1.00%	
		HGB $\leq$ 1.5%		0.50%	
		HCT $\leq$ 2%		0.90%	
		MCV $\leq$ 0.5%		0.30%	
		PLT $\leq$ 4%		3.20%	
检验结论 Inspection Conclusion		合格 Pass			
报告人 Reporter		银少彤	日期 Date	2025.11.07	
批准（检验工程师） Approved by (Quality Engineer)		高曼姿	日期 Date	2025.11.07	
备注 Remarks		若无内容填写应用“/”。 If there is no information, please fill with“/”.			

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8506

REV: A.0/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years