



检验报告

Certificate of Analysis

产品名称 Product Name		清洗液 Cleanser			
产品型号 Product Model		多功能酶清洗液RC-2	包装规格 Package Size		1L
批 号 Lot No.		20251104	有效期 Expiry Date		2027.05.03
生产日期 Manufacture Date		2025.11.04	检验日期 Inspection Date		2025.11.13
检验项目 Subjects		检验标准 Inspection Standards		检验结果 Results	结果判定 Conclusion
1	外观 Appearance	应为澄清或透明液体,不得有沉淀、颗粒或絮状物 Transparent liqui,no precipitation,particles,or floccule		符合 Meet with the requirement	合格 Pass
2	净含量 Volume	重量允许范围为: $\geq 1.01\text{Kg}$ Weight: $\geq 1.01\text{Kg}$		1.02 1.03 1.02	合格 Pass
3	pH值 pH Value	7.5 ± 0.50 ($25\pm 1^{\circ}\text{C}$)		7.48 7.47 7.47	合格 Pass
检验结论 Inspection Conclusion		合格 Pass			
报告人 Reporter		银少彤	日期 Date		2025.11.13
批准(检验工程师) Approved by (Quality Engineer)		高曼姿	日期 Date		2025.11.13
备注 Remarks		若无内容填写应用“/”。 If there is no information, please fill with“/”.			



表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8506
REV: A.0/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years