



检验报告

Certificate of Analysis

产品名称 Product Name		清洗液 RBA-Cleanser			
产品型号 Product Model		RCC-1	包装规格 Package Size	1L	
批 号 Lot No.		20251110	有效期 Expiry Date	2027. 11. 09	
生产日期 Manufacture Date		2025. 11. 10	检验日期 Inspection Date	2025. 11. 14	
检验项目 Subjects		检验标准 Inspection Standards		检验结果 Results	结果判定 Conclusion
1	外观 Appearance	颜色均一，无沉淀、颗粒或絮状物 Homogeneous liquid, without sediments, particles or floccules		符合 Meet with the requirement	合格 Pass
2	净含量 Volume	重量允许范围: $\geq 1.01\text{kg}$ weight: $\geq 1.01\text{kg}$		符合 Meet with the requirement	合格 Pass
3	PH值 PH value	≥ 9.0		13.05	合格 Pass
检验结论 Inspection Conclusion		合格 Pass			
报告人 Reporter		邱志成	日期 Date	2025. 11. 14	
批准(检验工程师) Approved by (Quality Engineer)		高曼姿	日期 Date	2025. 11. 14	
备注 Remarks		若无内容填写应用“/”。 If there is no information, please fill with“/”.			



表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8506
REV: A. 0/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years