



检验报告

Certificate of Analysis

产品名称 Product Name		血细胞分析仪用质控物（阻抗法） Quality Control for Hematology Analyzer (Impedance Method)		
产品型号 Product Model		Q3	包装规格 Package Size	3mL
批号 Lot No.		2510L	有效期 Expiry Date	2026.02.02
生产日期 Manufacture Date		2025.11.05	检验日期 Inspection Date	2025.11.20
检验项目 Subjects		检验标准 Inspection Standards		检验结果 Results
外观 Appearance		足够均匀的血液类物质，不可有凝块。标签上有完整的批号、有效期，应清晰准确。 Calibration for uniform blood class material. Mark the batch number and self life of the labeled as a complete		符合 Meet with the requirement
装量 Volume		装量负偏差小于等于标示量的3% The load negative deviation less than 3%		符合 Meet with the requirement
瓶内均匀性 Uniformity		WBC≤3%	2.30%	合格 Pass
		RBC≤2%	1.30%	
		HGB≤2%	0.70%	
		HCT≤2%	1.20%	
		MCV≤1.0%	0.20%	
		PLT≤10%	6.90%	
检验结论 Inspection Conclusion		合格 Pass		
报告人 Reporter		银少彤	日期 Date	2025.11.20
批准（检验工程师） Approved by (Quality Engineer)		高曼姿	日期 Date	2025.11.20
备注 Remarks		若无内容填写应用“/”。 If there is no information, please fill with“/”.		

