



# 检验报告

## Certificate of Analysis

产品名称 Product Name		血细胞分析仪用质控物（阻抗法） Quality Control for Hematology Analyzer (Impedance Method)		
产品型号 Product Model		Q3	包装规格 Package Size	3mL
批 号 Lot No.		2510H	有效期 Expiry Date	2026.02.02
生产日期 Manufacture Date		2025.11.05	检验日期 Inspection Date	2025.11.20
检验项目 Subjects		检验标准 Inspection Standards		检验结果 Results 结果判定 Conclusion
1	外观 Appearance	足够均匀的血液类物质，不可有凝块。标签上有完整的批号、有效期，应清晰准确。 Calibration for uniform blood class material. Mark the batch number and self life of the labeled as a complete		符合 Meet with the requirement 合格 Pass
2	装量 Volume	装量负偏差不大于标示量的3% The load negative deviation less than 3%		符合 Meet with the requirement 合格 Pass
3	瓶内均匀性 Uniformity	WBC≤2%	1.20%	合格 Pass
		RBC≤2%	0.70%	
		HGB≤2%	0.80%	
		HCT≤2%	0.90%	
		MCV≤0.5%	0.30%	
		PLT≤6%	3.70%	
检验结论 Inspection Conclusion		合格 Pass		
报告人 Reporter		银少彤	日期 Date	2025.11.20
批准（检验工程师） Approved by (Quality Engineer)		高曼姿	日期 Date	2025.11.20
备注 Remarks		若无内容填写应用“/”。 If there is no information, please fill with“/”.		