



检验报告

Certificate of Analysis

产品名称 Product Name		血细胞分析用稀释液 Diluent for Hematology Analyzer			
产品型号 Product Model		RD-86	包装规格 Package Size		20L
批 号 Lot No.		20251124	有效期 Expiry Date		2027. 11. 23
生产日期 Manufacture Date		2025. 11. 24	检验日期 Inspection Date		2025. 11. 25
检验项目 Subjects		检验标准 Inspection Standards		检验结果 Results	结果判定 Conclusion
1	外观 Appearance	应为澄清或透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物 Transparent liquid, no precipitation, particles, or floccule		符合 Meet with the requirement	合格 Pass
2	净含量 Volume	重量允许范围为: ≥ 20.2 Kg Weight: ≥ 20.2 Kg		20.4 20.3 20.4	合格 Pass
3	pH值 pH Value	7.35 ± 0.20 ($25 \pm 1^\circ\text{C}$)		7.45 7.46 7.45	合格 Pass
4	电导率 Conductivity Value	15.7 ± 0.50 mS/cm		15.8 15.81 15.78	合格 Pass
5	渗透浓度 Osmolality Value	320 ± 10 mOsm/Kg (mmol/L)		315 319 320	合格 Pass
检验结论 Inspection Conclusion		合格 Pass			
报告人 Reporter		银少彤	日期 Date		2025.11.25
批准 (检验工程师) Approved by (Quality Engineer)		高曼姿	日期 Date		2025.11.25
备注 Remarks		若无内容填写应用“/”。 If there is no information, please fill with“/”.			

