



检验报告

Certificate of Analysis

产品名称 Product Name		甘油三酯测定试剂盒 (GPO-PAP法) Triglycerides Assay Reagent Kit (GPO-PAP Method)			
产品型号 Product Model		/	包装规格 Package Size	R1: 50mL×4 R2: 25mL×2	
批 号 Lot No.		20251111	有效期 Expiry Date	2026. 11. 10	
生产日期 Manufacture Date		2025. 11. 11	检验日期 Inspection Date	2025. 11. 27	
检验项目 Subjects		检验标准 Inspection Standards		检验结果 Results	结果判定 Conclusion
1	外观 Appearance	R1无色, R2淡黄色的澄清液体, 无混浊, 无未溶解物 R1 is colorless, clear liquid and R2 is yellowish, clear liquid, without cloudiness or undissolved materials		符合 Meet with the requirement	合格 Pass
2	净含量 Volume	液体试剂的净含量应不少于标示值 The net volume of liquid reagents should not be less than the indicated value		符合 Meet with the requirement	合格 Pass
3	准确度 Accuracy	相对偏差不超过±10% The relative deviation should not exceed ±10%		-1.60%	合格 Pass
4	重复性 Repeatability	变异系数CV≤5% Coefficient of Variation (CV) ≤ 5%	低值 Low-level	0.66%	合格 Pass
			高值 High-level	0.83%	合格 Pass
5	线性范围 Linearity range	在0.02 mmol/L~10 mmol/L (37℃) 范围内, 相关系数(r) 应 ≥0.990 Within the range of 0.02 mmol/L ~ 10 mmol/L (37℃), the correlation coefficient (r) should be ≥ 0.990		0.9995	合格 Pass
检验结论 Inspection Conclusion		合格 Pass			
报告人 Reporter		邱志成	日期 Date	2025. 11. 27	
批准 (检验工程师) Approved by (Quality Engineer)		高曼姿	日期 Date	2025. 11. 27	
备注 Remarks		中文			

