



# 检验报告

## Certificate of Analysis

产品名称 Product Name		凝血酶时间测定试剂盒（凝固法） Thrombin Time Assay Reagent Kit (Coagulation Method)				
产品型号 Product Model		/		包装规格 Package Size	R1: 4mL×10 R2: 50mL×1	
批 号 Lot No.		2025101602		有效期 Expiry Date	2027. 10. 15	
生产日期 Manufacture Date		2025. 10. 16		检验日期 Inspection Date	2025. 12. 05	
检验项目 Subjects		检验标准 Inspection Standards			检验结果 Results	结果判定 Conclusion
1	外观 Appearance	a) 试剂盒外观应整洁，文字符号标识清晰 a) Appearance of reagent pack is clean and tidy, symbols are easy to recognize b) R1:TT试剂冻干品为疏松体，复溶后为均匀的溶液 b) R1:TT dry powder is loose body, after dissolved, it is homogeneous suspension c) R2:TT复溶液为无色透明溶液 c) R2:TT buffer is colorless transparent homogeneous liquid			符合 Meet with the requirement	合格 Pass
2	净含量 Volume	液体试剂的净含量应不少于标示值 Liquid reagent load volume should be more than labeled value			符合 Meet with the requirement	合格 Pass
3	正常血浆测量值 Normal plasma measurement value	用正常血浆测试，所得结果均值应不大于16s Use normal control plasma to test, the result should be less than 16s			14. 4s	合格 Pass
4	准确度 Accuracy	/			/	/
5	重复性 Repeatability	用质控血浆重复测试所得结果的变异系数（CV）应不超过5.0% Use control plasma to test repeatability CV%: Less than 5.0%			2. 07%	合格 Pass
检验结论 Inspection Conclusion		合格 Pass				
报告人 Reporter		钟宗崇		日期 Date	2025. 12. 05	
批准（检验工程师） Approved by (Quality Engineer)		高曼姿		日期 Date	2025. 12. 05	
备注 Remarks		若无内容填写应用“/”。 If there is no information, please fill with"/".				

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8506

REV: A. 0/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years