



检验报告

Certificate of Analysis

产品名称 Product Name		血细胞分析用溶血剂 Lyse for Hematology Analyzer							
产品型号 Product Model		RL-50D		包装规格 Package Size		500mL			
批 号 Lot No.		20251126		有效期 Expiry Date		2027. 11. 25			
生产日期 Manufacture Date		2025. 11. 26		检验日期 Inspection Date		2025. 12. 12			
检验项目 Subjects		检验标准 Inspection Standards				检验结果 Results		结果判定 Conclusion	
1	外观 Appearance	应为澄清或透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物 Transparent liquid;no precipitation, particles, or floccule				符合 Meet with the requirement		合格 Pass	
2	净含量 Volume	重量允许范围为：≥502g weight:≥502g				505.11	505.76	504.88	合格 Pass
3	pH值 pH Value	4.08±0.50（25±1℃）				4.06	4.07	4.05	合格 Pass
检验结论 Inspection Conclusion		合格 Pass							
报告人 Reporter		银少彤		日期 Date		2025.12.12			
批准（检验工程师） Approved by (Quality Engineer)		高曼姿		日期 Date		2025.12.12			
备注 Remarks		若无内容填写应用“/”。 If there is no information, please fill with“/”.							

